


LABORATOIRE BIOCENTRE		<b>ORDRE DE PRELEVEMENT DES TUBES</b>	DOCECH017
Indice <b>2</b>	Date : <b>05/09/22</b>	Nature des modifications : Suppression du gris iodoacétate	
Vérificateur : <b>L. WIJNANTS</b>		Approbateur : <b>V. DECOOL</b>	



**1. Hémoculture s'il y a lieu  
(aérobie puis anaérobie)**



**2. Tube citraté**



**3. Tube sec (avec ou sans gel)**



**4. Tube hépariné**



**5. Tube EDTA**



**6. Tube fluorure**

**7. Autres tubes s'il y a lieu**